DD 539/2018 Lubań, 24.04.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku" ZP/02/2018

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1
Zadanie 1 poz. 62
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa do 55 ml, port kapno luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem, mocowanym na stałe złącza proste 15M/15F-22M, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%j i wirusowej powyżej 99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, masa 35,6 g, opory przepływu max. przy 90l/ min. 3,95 mmH2O, wydajność nawilżania przy VT=500ml - min. 37 mg/l H20, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 2
Zadanie 1 poz.94,95,96
1. Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maski tlenowe z drenem o dł.200 cm w dwóch uniwersalnych rozmiarach- dla dorosłych i pediatrycznym?
2. Czy zamawiający oczekuje żeby produkty były pozbawione szkodliwych dla zdrowia ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga długości 200 cm, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ
Pytanie nr 3
Zadanie 1 poz.22,23,24,25,62,94,95,96,97,98
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu co biorąc pod uwagę ilość pozycji umożliwi złożenie oferty w korzystniejszych dla Zamawiającego cenach.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA