DD 1242/2020 Lubań, 04.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/04/2020.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20. Grant w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, prowadzonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań - oświadczam, co następuje:

Odpowiedzi Nr 8, DD 1242/2020_04.12.2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Dot. część nr 8 - Aparaty do EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG którego charakteryzują m.in. poniższe parametry: Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)

1. Wymiar ekranu 5,7", ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480
2. Aparat 12-kanałowy
3. Menu w języku polskim
4. Wymiary 330x270x74
5. Waga 3,2 kg
6. Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna
7. Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą
8. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, wbudowany akumulator
9. Sygnalizacja naładowania akumulatora
10. Wydajność akumulatora do 90 min.
11. Pamięć badań do 400 zapisów
12. Częstotliwość próbkowania do 40 000Hz
13. Pasmo przenoszenia 0,04-170Hz
14. Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 112 mm, możliwość stosowania rolki 110xmmx40m
15. Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12
16. Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12
17. Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50
18. Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20
19. Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron
20. Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund

21. Detekcja kardiostymulatorów
22. Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 90,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), spline)
23. Sygnał dźwiękowy tętna, ciągłe wyświetlanie aktualnego HR na ekranie
24. Profil automatyczny i manualny
25. Profil long, automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii)
26. Porty komunikacyjne: RS232, USB.
27. Możliwość rozbudowy o automatyczną interpretację i analizę, interpretacja zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach.
28. Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeni
29. Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu
30. Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału
31. Możliwość rozbudowy o moduł LAN/WIFI
32. Oprogramowanie do komputerowego EKG do analizy i archiwizacji
33. W zestawie z aparatem: kabel pacjenta 10 odprowadzeniowy (10 elektrod), komplet elektrod przyssawkowych piersiowych 6 sztuk, komplet elektrod kończynowych klamrowych 4 sztuki, rolka papieru termicznego do rejestracji , żel EKG, przewód zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź: od Ad. 1 do Ad. 33 – Zamawiający nie planuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający przypomina, że Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia równoważny w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. Znaczenie „równoważności" zostało wyjaśnione przez Zamawiającego w pkt. II.3 SIWZ. **Wyjaśnienie „równoważności" stosować należy odpowiednio do zaoferowanych równoważnych rozwiązań**.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w Załączniku Nr 8 do SIWZ adekwatnym do danej części.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA

Otrzymują:
1) Strona internetowa Zamawiającego
2) a/a

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **0000182455**,
NIP **613 148 05 64,** REGON **231190020**
Kapitał zakładowy **11.308.000 PLN**

59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4
tel.75/**721-37-87,** fax: 75/ **721-39-06**
e-mail: **sekretariat@lcm-luban.pl**
www.lcm-luban.pl